

靜宜大學設備類採購案規格明細表/規範書

115 年 4 月 23 日

- 適用預算達30萬元之請購案，相關單位如不使用本表格，以下各【項次】為必要提供之內容，務必要包含在規格書內。
- 不夠行數或頁數請自行增加。

請購單位	食品營養學系 賴沿佐老師實驗室		
承辦人/填表人	李婕歆	電話/分機	15319
電子郵件信箱	alisalee900404@gmail.com 開標通知單會寄發至本校公務 e-mail		
內購/外購	<input checked="" type="checkbox"/> 國內購買(含稅報價) <input type="checkbox"/> 國外購買(申請免稅令，要報教育部及海關等程序)		
採購標的物性質	<input checked="" type="checkbox"/> 財物設備 <input type="checkbox"/> 零件或配件或組件類 適用資本門 1. 補助款請自行確認各預算管理單位及補助單位之核撥要點或核銷規定		

必要條件	預算書採購品名	規格明細(不可列廠牌或型號，詳注意事項)	數量/單位
1. 設備規格	棚架式低溫控濕培養箱	<ol style="list-style-type: none"> 對流方式:強制對流 溫度範圍 / 精度:-15 ~ 85°C / ± 0.5 °C 觀察窗:200W x 540H, 四層玻璃構成保護, 配有加熱除霧功能避免產生冷凝水 溼度範圍 / 精度:25~ 98%RH / ± 3% 溫、濕度分布幅:4°C、12%RH 以內 溫溼度控制方式:微電腦 PID 控制 除濕方式:正常運轉為微電腦控制, 亦可強制控制手動開始、自動停止及手動停止 可外接記錄器, 標準配有警報輸出端子, RS-232C 端子, 可選配軟體同時控制 8 台主機 具 11 組程式控制, 5 種控制模式, 可設定 10 段溫、濕度, 1~999 回無限運轉, 可連結 6 組 10 段溫、濕度設定 標準配備外部水箱 20L x 1 個 燈號顯示內部給水水箱水位 內部尺寸(mm) / 容量:500W x 400D x 600H / 140L 內附棚板數:2 個, 可放置 15 Kg 樣品量 內部配管均為抗菌管路, 內裝主要採用抗菌不銹鋼材質 <p>或同等品</p>	1 臺
2. 內含服務需求 (例如教育訓練、叫修幾小時到、幾小時或幾天完修..)			
3. 投標廠商資格 (不得限制不當競)	詳【靜宜大學廠商資格、規格及價格審查表】		



必要條件	預算書採購品名	規格明細(不可列廠牌或型號, 詳注意事項)	數量/單位
爭, 設立特定資格, 例如公司要有幾人以上或距離本校幾公里內...	<input checked="" type="checkbox"/> 廠商設立(登記)證明 <input checked="" type="checkbox"/> 廠商納稅證明或免稅證明 <input checked="" type="checkbox"/> 公司信用狀況證明 <input type="checkbox"/> 其他(請敘明):		
4. 現場履勘後投標(例如要吊車、打掉窗戶大門、內含重車指揮交通費用..)	無		
5. 一次付款或分期付款或多年度付款或跨年度付款(多學年或跨學年需取得核准, 行政核心)	一次付款		
6. 驗收條件(例如初驗、複驗、測試、試運轉、防偷、防搶等各類檢驗報告...)	初驗、複驗、測試、試運轉		



<p>7. 請購單位或預算單位或使用單位(必須勾選之規定及注意事項)</p>	<p><u>型錄、技術文件、投標文件</u></p> <p>■投標廠商要提供型錄:(絕對不可要求一定要正本型錄,而且還要原廠蓋章) 投標廠商可以原廠型錄影本代替並明確標示與本校規格符合之處,如無原廠型錄或影本,廠商應另行提供規格文件。若廠商在【本校相關文件敘明同校方規格】等類似字眼,本校認定廠商未提出規格文件,判定為規格不合格。</p> <p><input type="checkbox"/>投標廠商不要提供型錄或技術文件,相關規格簡單或者為訂製品。</p> <p><input type="checkbox"/>投標廠商請按本校規格之各採購標的物依序分別報價,如經比減價後而決標者,除本校另有規定外,依據減價後比例調整各採購標的物價格。</p> <p><input type="checkbox"/>總價投標即可。(本案為總價決標,如未分別報價,不影響投標資格)</p> <p><u>本採購(主要設備或主要部分)之特別規定(業管單位有規定或教育訓練):</u></p> <p>■1. 本案為不得採購大陸廠牌之資通訊產品(含軟體、硬體及服務)</p> <p>■2. 原產地不得為大陸地區</p> <p><u>得標廠商應備查證明文件:</u></p> <p>■得標廠商為原廠製造商或在台之分公司之證明文件。</p> <p>■得標廠商如為代理商者,得標後應檢具代理商證明文件。</p> <p>■得標廠商如為經銷商者,得標後應檢具原廠或其在台分公司之經銷授權證明文件。</p>
<p>8. 履約期限(一定要填)</p>	<p><input type="checkbox"/>得標廠商應於____年__月__日以前安裝測試完畢,且測試結果符合契約規定。(1. 預算無法保留或需於一定期限前完成驗收及付款者,設定日期太離譜無廠商可決標者自行負責;2. 採購組合約及公告系統設定為日曆天)</p> <p>■得標廠商應於得標次日起 120 日(含例假日)內安裝測試完畢,且測試結果符合契約規定。(採購組合約及公告系統設定日曆天)</p> <p><input type="checkbox"/>得標廠商應於本校(提出請購單位)通知次日起____日(含例假日)內安裝測試完畢,且測試結果符合契約規定。(採購組合約及公告系統設定日曆天)</p> <p><input type="checkbox"/>得標廠商應於得標次日起____日(不含例假日)內安裝測試完畢,且測試結果符合契約規定。(採購組合約及公告系統設定工作天)</p> <p><u>以下為可複勾選項目</u></p> <p><input type="checkbox"/>交貨地點可能有其他工程進行中,無法進場安裝等。</p> <p><input type="checkbox"/>交貨地點可能會停電、沒電梯、沒樓梯、沒門等,無法進場安裝等。</p> <p><input type="checkbox"/>其他,如分批交貨等請敘明:_____</p>
<p>9. 保固期限</p>	<p>■本履約標的自全部完成履約經驗收合格日之日起,由廠商保固 1 年。</p> <p><input type="checkbox"/>自驗收合格日起保固____年滿並將期限延長至當學年度之7月31日止。</p> <p><input type="checkbox"/>本履約標的自全部完成履約經驗收合格日之日起,由廠商授權____年。</p>

